

平成 27 年 12 月 4 日  
気象庁地震火山部

## お 知 ら せ

～ 明星電気株式会社製震度計により観測された  
強震波形データの不良について ～

「強震波形データ」及び「強震観測報告」で提供している強震波形データの一部に不良箇所<sup>1</sup>があることが分かりました。

「強震波形データ」については別表 1 に、「強震観測報告」については別表 2 に不良データがあるファイル名とその不良箇所の一覧表を掲載しております。当該不良箇所を含むデータの利用にあたっては、十分にご留意頂くようお願いいたします。

現在、ソフトウェアの改修等を進めております。その間、不良データが含まれないよう確認の上、データ提供を行います。

なお、これらの強震波形データをもとに算出される震度への影響については、震度計検定基準内（計測震度として $\pm 0.1$ 以内）のため、過去に発表した震度の訂正はありません。

- 1：明星電気株式会社製計測震度計及び多機能型地震計の一部において、高負荷時に処理遅延が発生し、強震波形データの一部がごく短い時間、2 秒後のデータで上書きされています。なお、上書きされたデータは復元できません。